

	Quality Form	Form: F.A04.07(DOC).02/03.23
	EU Declaration of Conformity	Page Number: 1 of 2

DOC ID: F.A04.07(DOC)-001-03 DOC ID:		 EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / EU DECLARATION OF CONFORMITY	
Name und Adresse der Firma: Name and address of the Firm:		MTR plus Vertriebs GmbH, Kamenzer Damm 80, 12249 Berlin, Germany.	
Single Registration Number (SRN):		DE-MF-000006445	
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass We declare under our sole responsibility that:			
das Medizinprodukt: the medical device(s):		010E-001 DoloBravo Device	
mit dem Verwendungszweck: with the intended Purpose:		Digitales TENS (Transkutane Elektrische Nervenstimulation) zur Schmerzbehandlung. Digital TENS (Transcutaneous Electric Nerve Stimulation) for pain management.	
entsprechend dem Ausgabestand der technischen Dokumentation: according to the technical documentation:		Technischer Ordner: L.A02.01(DMR)-001-01-00 Technical File: L.A02.01(DMR)-001-01-00	
mit der Basis-UDI-DI: with basic UDI-DI:		0426027958STIMULATIONUP	
mit der EMND: with EMND:		Z12069080	
der Klasse: Of Class:	IIa	Gemäß Anlage VIII der MDR 2017/745 – Regel: According to annex VIII of MDR 2017/745 – Rule:	9
allen Anforderungen der MDR 2017/745 entspricht, die anwendbar sind. Meet all the provisions of the MDR 2017/745 which apply to them.			
Konformitätsbewertungsverfahren: Conformity assessment procedure:		Anhang IX Kapitel I und III. Annex IX chapters I and III.	
Angewandte Spezifikationen und Normen: Applied specifications and standards:		Beachten Sie Anhang II mit der Liste der angewandten Normen. Für diese Geräte wurden keine gemeinsamen Spezifikationen (CS) verwendet. Observe Annex II with the list of applied standards. No common specifications (CS) have been used for these devices.	
Benannte Stelle: Notified Body:		TÜV SUD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 München, Germany CE0123	
Zertifikatsnummer: Certificate Number:		G10 048742 0017 Rev. 00	
Gültigkeit der Erklärung: Declaration Validity:		Gültig bis zum 05.12.2028. Valid until 05.12.2028	
Berlin, 10/03/2025		General Manager MTR plus Vertriebs GmbH Bereich / Funktion   Kamenzer Damm 80, 12249 Berlin Tel. 030 / 66 99 10 30, Fax 66 99 10 35	
Ort, Datum / Place & Date:		Unterschrift und Stempel / Signature & Stamp	

	Quality Form	Form: F.A04.07(DOC).02/03.23
	EU Declaration of Conformity	Page Number: 2 of 2

Annex I – Photos



Annex II – Specifications and standards.

ISO 13485:2016/A11:2021, EN 14971:2019/A11:2021, IEC 60601-1:2020, IEC60601-1-2:2020, IEC 60601-2-10:2016, IEC 60601-1-11:2020, IEC 60601-1-6:2020, IEC 62366-1:2020, EN ISO 20417:2021, ISO 15223-1:2021, IEC 62304:2015, ISO 10993-1:2020, ISO 10993-18:2020, ISO 10993-5:2009, ISO 10993-10:2021.